

GLAVNI GRAD PODGORICA

Broj: 01-031/18-5033/2

Mjesto i datum Podgorica, 27. jul 2018. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 74/18

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI****I PODACI O NARUČIOCU**

Naručilac: Glavni grad Podgorica	Lice/a za davanje informacija: Aleksandar Pavličević
Adresa: Njegoševa 13	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02019710
Telefon: 020 665078	Faks: 020 665071
E-mail adresa: aleksandar.pavlicevic@podgorica.me	Internet stranica (web): www.podgorica.me

II Predmet nabavke: roba**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka i instalacija uređaja za mjerenje parametara kvaliteta vazduha za potrebe Službe menadžera

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.900,00 €;

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je neispravna ponuda**VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:**

Nije dostavljena nijedna ispravna ponuda

Neispravna je ponuda ponuđača:

1. "Crnogorski Telekom" A.D. Podgorica

Uvidom u dostavljenu ponudu, konstatovano je da ista nije usklađena sa zadatim uslovima. Naime, kao predmet objavljenog zahtjeva, definisano je „nabavka i instalacija uređaja za **mjerenje** parametara kvaliteta vazduha“. Međutim, u dijelovima ponude koji se odnose na „Opis arhitekture“ i „Hardware“, navodi se da je funkcija predmetne opreme „**praćenje** kvaliteta vazduha“ odnosno „**praćenje** parametara kvaliteta vazduha“. Imajući u vidu činjenicu da je **praćenje** kvaliteta segmenata životne sredine postupak koji je kao takav definisan posebnim zakonskim rješenjima, te da isti nije predmet poziva na koji se odnosi dostavljena ponuda, navedena formulacija nije prihvatljiva u datom kontekstu.

Dalje, u tabeli datoj u dijelu razmatrane dokumentacije označenom kao „Ponuda“, kao parametri koji trebaju biti mjereni, a koji su sastavni dio specifikacije, nisu navedeni temperatura, vlažnost i vazdušni pritisak, kao ni koncentracija PM10 čestica. Isto tako, dostavljena ponuda ne sadrži segment koji se odnosi na obuku 2 zaposlena za korišćenje/upravljanje aplikacijom, a što je sastavni dio specifikacije u objavljenom zahtjevu za dostavljanje ponuda.

U završnom dijelu dostavljene ponude, konstatovana je neusklađenost kada je u pitanju rok realizacije poslova koju su predmet iste, što podrazumijeva da se ponuđač nije precizno odredio prema datom pitanju. Naime, na strani 7, pod tačkom 1. napomene, navodi se „Rok realizacije 40 radnih dana od potpisivanja ugovora“, dok se na istoj strani, pod posebnom stavkom, konstatuje „Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o ishodu nabavke male vrijednosti“, što je i zahtjevano u pozivu.

Posebno ukazujemo i na potrebu da ponuda bude u cjelini formulisana na crnogorskom jeziku (tabela na strani 4 data je na engleskom).

Napominjemo da predmetna dokumentacija sadrži i određene elemente koji odstupaju od zahtjevanog. Navedeno se odnosi na segment iste označen kao „Hardware“, u okviru kojeg se kao jedan od senzora kojim je opremljen predloženi uređaj, navodi „Senzor za praćenje čestica u vazduhu Plantower PMS 7003 (PM1, PM2.5, PM10)“, pri čemu se zahtjev odnosio samo na PM10 čestice. Odstupanje od zahtjevanog konstatovano je i kada je u pitanju mjerenje koncentracija NO i O₃ i mjerenje nivoa buke, čije mjerenje takođe nije zahtjevano.

Imajući u vidu navedeno, ponuda ovog ponuđača je ocijenjena kao neispravna jer nije dostavljena ponudu u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

/

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

/

IX Cijena najpovoljnije ponude

/

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

/

Službenik za javne nabavke

A. Kuhosvić



2. Gradonačelnik,

Drugo Delović